

LEVIN'S TUBE

ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНЫЙ (Левина)

acti-fine® Feeding tube Levin

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Поливинилхлорид (ПВХ).

НАЗНАЧЕНИЕ:

Зонд дуоденальный, проводимый через нос или рот для дренирования/зондирования с лечебной и диагностической целью. Возможно использование для введения лекарственных препаратов, нутритивных (питательных) смесей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Для постановки через нос или рот:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь зонд, не нарушая его стерильность
- перед введением зонда нанести на его поверхность небольшое количество стерильного лубриканта (глицерин, вазелиновое масло)
- соблюдая правила асептики, осторожно ввести зонд по корню языка или через носовой ход и провести по пищеводу до первой метки (45 см – вход в желудок), не прилагая чрезмерных усилий во избежание травматизации слизистых оболочек
- продвинуть зонд до второй метки (55 см –тело желудка), конец зонда опущен в пробирику
- проведение зонда через привратник (третья метка-65 см) и к большому дуоденальному соску (четвертая метка -75 см) можно осуществить с помощью применения легкого массажа верхней части живота, подкожного введения атропина.
- для предотвращения миграции зонда закрепить свободный конец с помощью пластыря
- по окончании всех исследований, зонд извлечь
- обработать и утилизировать зонд в установленном порядке

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 C
- обработка и утилизация зонда в установленном порядке

“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”



Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.



“ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ ФТАЛАТЫ (DENP)“

Этот продукт содержит пластификатор (DENP). Медицинские изделия, содержащие фталаты не должны использоваться для беременных женщин, кормящих матерей и детей.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

- оксид этилена

CE
0044

STERILE EO